Справочное руководство конечного пользователя**

Параметр	Диапазон Getein 1100	Референс*	%ile	Результаты	Инкубац (мин)	Образец	Антикоагулянт	Процедура**
hsCRP	0,5 ~ 200 mg/L	до 3 mg/L	95th	<1 - низкий риск ССЗ	3	сыворотка, плазма, ЦК	ЭДТА, гепарин, цитрат натрия	10 (десять) мкл образца в тубу разбавителя, 100 мкл полученного раствора на тест-кассету
				1~3 умеренный риск ССЗ				
				3~10 высокий риск ССЗ				
CRP		до 10 mg/L	95th	10~40 умеренное воспаление и вирусные инфекции				
				40~200 активное воспаление, бактериальная инфекция				
				>200 тяжелые бакт инфекции и ожоги				
cTnI	0,1 ~ 50 ng/L	до 0,1 ng/mL	99th	индикатор инфаркта миокарда	10	сыворотка, плазма, ЦК	ЭДТА, гепарин	100 мкл на тест-кассету, +1 капля буфера для ЦК (если используется цельная кровь)
CK-MB/cTnI/Myo	2,5 ~ 80 ng/mL	CK-MB до 5,0 ng/mL	99th	индикатор повреждения клеток миокарда	10	сыворотка, плазма, ЦК	ЭДТА, гепарин	100 мкл на тест-кассету, +1 капля буфера для ЦК (если используется цельная кровь)
	0,1 ~ 50 ng/mL	cTnI до 0,1 ng/mL	99th	индикатор инфаркта миокарда				
	30,0 ~ 600,0 ng/mL	Myo до 50 ng/mL	95th	индикатор острого повреждения миокарда				
		Myo до 70 ng/mL	97th					

d-dimer	0,1 ~ 10,0 mg/L	до 0,5 mg/L	95th	индикатор тромбоза глубоких вен				10	плазма, ЦК	цитрат натрия	100 мкл образца в тубу разбавителя, 100 мкл полученного раствора на тест-кассету
NT-proBNP	100 ~ 35000 pg/mL	до 185 pg/mL	95th	<50 лет	50~75 лет	>=75 лет		10	сыворотка, плазма, ЦК	ЭДТА, гепарин, цитрат натрия	100 мкл на тест-кассету, +1 капля буфера для ЦК (если используется цельная кровь)
				>=450	>=900	>=1800	высокая вероятность сердечной недостаточности				
		до 300 pg/mL	97.5th	300~450	300~900	300~1800	низкая вероятность СН, требуется дообследование				
				<300	<300	<300	исключить СН				
PCT	0,1 ~ 50,0 ng/mL	до 0,1 ng/mL	99th	<0,5	возможна локальная бактериальная инфекция, сепсис маловероятен			15	сыворотка, плазма, ЦК	гепарин, цитрат натрия	100 мкл на тест-кассету, +1 капля буфера для ЦК (если используется цельная кровь)
				0,5~2,0	возможен сепсис, умеренный риск тяжелого сепсиса и/или септического шока						
				>=2,0	значительная вероятность сепсиса, высокий риск тяжелого сепсиса и/или септического шока						

NB: буфер цельной крови следует добавлять ТОЛЬКО при использовании цельной крови в качестве образца!

NB: несоблюдение процедуры, времени инкубации и/или объема вносимого образца может привести к получению неверных результатов!

* лабораториям рекомендуется устанавливать нормальные значения исходя из нормы для обслуживаемой популяции

** справочная информация! Обратитесь к инструкции используемого набора реагентов!